

มาตรฐานพื้นที่โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2568

มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	คะแนน
มาตรฐานการดูแลภายนอกอาคาร (Exterior) (5)	1. พื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารต้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย และมีความสวยงาม	1
	2. มีการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างเหมาะสม	1
	3. ป้ายสถานพยาบาลต้องอยู่ในสภาพดี ชัดเจน และอ่านได้ง่าย	1
	4. จัดให้มีแสงสว่างภายนอกอาคารที่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของเจ้าของสัตว์และสัตว์เลี้ยง	1
	5. ไม่มีมูลสัตว์เลี้ยง	1
มาตรฐานพื้นที่เคาน์เตอร์บริการ (10)	1. มีป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์	1
	2. มีป้ายบ่งชี้ “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชัก ในรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน	1
	3. จัดวางของใช้ส่วนตัวบนพื้นที่เคาน์เตอร์ได้ไม่เกิน 1 ใน 3	1
	4. อุปกรณ์สำนักงาน	
	- มีป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์สำนักงาน”	1
	- มีปริมาณที่เหมาะสมกับความถี่ของการใช้งานและจัดเก็บเป็นระเบียบพร้อมใช้งาน	1
	- กรณีมีตะแกรง ชั้นวาง หรือกล่องใส่เอกสาร มีได้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน โดยจัดวางเป็นระเบียบ และปลอดภัย	1
	- การจัดวางอุปกรณ์ใต้เคาน์เตอร์ ต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการนั่งทำงาน	1
	- จัดวางรองเท้าเพิ่มเติมได้ 1 คู่ ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการนั่งทำงาน	1
	5. การจัดเก็บอุปกรณ์ใต้เคาน์เตอร์มีกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่เกิน 1 กล่อง	1
	6. สภาพโดยรวมของเคาน์เตอร์ และเก้าอี้ มีความสะอาดเรียบร้อย	1
มาตรฐานตู้น้ำดื่ม (5)	1. มีป้ายบ่งชี้จุดให้บริการตู้น้ำดื่ม ระบุชื่อผู้ดูแลของหน่วยงานและนายช่างที่รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเบอร์โทรศัพท์	1
	2. มีกรวยกระดาษให้บริการ โดยติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	1
	3. ถังพักน้ำทิ้งและท่อระบายน้ำทิ้งอยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน	1
	4. มีการติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟรั่วและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	1
	5. มีถังขยะแบบมีฝาปิด เพื่อรองรับการทิ้งกรวยกระดาษ	1
มาตรฐานห้องยา (5)	1. มีการจัดเก็บยาในตู้มิดชิดและการจ่ายยาแต่ละชนิด ต้องไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนด้วยสารหรือยาชนิดอื่น	1
	2. พื้นที่เตรียมยาจัดยาและคลังยาเป็นพื้นที่หวงห้าม เข้าได้เฉพาะบุคคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น	1
	3. มีการติดฉลากบนภาชนะบรรจุยา รวมถึงยาที่เตรียมในหลอดฉีดยาด้วย	1
	4. ยาที่ถูกบรรจุในกระบอกฉีดยา ควรมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีและมี	1

	ช่วงเวลาเก็บที่เหมาะสมไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา 5. มีระบบการจัดระเบียบยาที่สะดวกต่อการหยิบจ่าย เช่นเรียงตามตัวอักษร การใช้ชนิดของยา	1
มาตรฐานห้องตรวจรักษา (10)	1. ควรมีพื้นที่อย่างน้อย 7.5 ตารางเมตร/ห้องตรวจรักษาควรมีพื้นที่พอเพียงต่อการตรวจสัตว์ป่วย	1
	2. มีพื้นที่ให้สัตวแพทย์ปฏิบัติงานได้สะดวกโดยมีสัตว์ป่วย เจ้าของสัตว์และผู้ช่วยสัตวแพทย์อยู่ในห้องตรวจรักษา	1
	3. ห้องตรวจรักษาควรมีแสงเพียงพอสำหรับการตรวจสัตว์ป่วย และควรมีห้องตรวจรักษา	1
	4. ห้องตรวจรักษาควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบ	1
	5. ห้องตรวจรักษาควรมีโต๊ะรักษาที่พื้นผิวกันน้ำและง่ายต่อการทำความสะอาด	1
	6. ในห้องรักษาควรมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้	
	- เข็มและกระบอกฉีดยาปลอดเชื้อ	1
	- หูฟังทางการแพทย์	1
	- เทอร์โมมิเตอร์	1
	- อ่างล้างมือ	1
	- มีถุงมือตรวจแบบใช้แล้วทิ้ง และอุปกรณ์ทำความสะอาด, น้ำยาฆ่าเชื้อโรค, กระดาษเช็ดมือ	1
มาตรฐานห้องรังสีวินิจฉัย (4)	1. สถานพยาบาลสามารถถ่ายภาพรังสีที่มีคุณภาพเพื่อการวินิจฉัยได้	1
	2. มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีได้แก่ เสื้อคลุม ถุงมือ ปลอกคอป้องกันรังสีขณะปฏิบัติงานถ่ายภาพรังสี	1
	3. มีการตรวจอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีเพื่อรับรองความเที่ยงตรง และความปลอดภัย	1
	4. มีดิลล์วัดรังสี (dosimeter) ส่วนบุคคลโดยตำแหน่งที่ติดดิลล์วัดรังสีเป็นไปตามคำแนะนำ ของบริษัทผู้ผลิต	1
มาตรฐานห้องพักสัตว์ป่วย (5)	1. ที่นอนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับภาวะ รูปร่าง น้ำหนัก ของสัตว์ป่วย	1
	2. ที่นอนควรได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสม ก่อนนำไปใช้กับสัตว์ป่วยตัวต่อไป	1
	3. มีจำนวนสัตว์ป่วยที่เหมาะสมกับจำนวนกรง	1
	4. จัดให้สัตว์ป่วยแยกพักรักษาในกรงเฉพาะตัว ยกเว้นในกรณีที่เจ้าของต้องการให้พักรักษา มากกว่า 1 ตัวต่อกรง ต้องได้รับความเห็นชอบของสัตวแพทย์	1
	5. มีการแยกชนิดสัตว์ป่วยในให้อยู่อย่างเป็นสัดส่วน	1
มาตรฐานห้องเตรียมผ่าตัด (10)	1. ห้องต้องอยู่ติดกับห้องผ่าตัด แต่แยกเป็นสัดส่วนจากห้องผ่าตัด	1
	2. ภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอ	1
	3. ห้องเตรียมการผ่าตัดและห้องผ่าตัดมีทางเชื่อมต่อกัน	1

	4. ห้องเตรียมการผ่าตัดมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ - Oxygensupply 1 - เครื่องดมยาสลบ 1 - ยาฉุกฉิน 1 - ปัตตาเลียนตัดชน หรือใบมีดโกน 1 - โต๊ะทำความสะอาดตัวสัตว์ 1 5. มีป้ายบ่งชี้มีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมตัวสัตว์ป่วย - การเตรียมทำความสะอาดบริเวณผ่าตัด 1 - วิธีการฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ 1	
มาตรฐานห้องผ่าตัด (21)	1. มีผนัง ประตูและพื้นที่เรียบ ไม่เป็นรูพรุนและง่ายต่อการทำความสะอาดและดูแลรักษา 1 2. มีประตูปิดได้สนิท และกว้างพอที่ให้รถเข็นสัตว์ป่วยผ่านได้ 1 3. มีการปิดประตูห้องผ่าตัดไว้เสมอ ป้องกันการผ่านเข้าห้องผ่าตัดให้น้อยที่สุด 1 4. มีโต๊ะผ่าตัดที่พื้นผิวไม่มีรูพรุน ทำจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน 1 5. มีไฟผ่าตัดที่มีคุณภาพดีระดับที่ใช้ในวงการแพทย์(Medical grade) 1 6. มี Enclosed surgical light 1 7. มีระบบไฟสำรอง 1 8. มีโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัดที่พื้นผิวเรียบ ไม่มีรูพรุน 1 9. มีโต๊ะวางเครื่องมือผ่าตัดทำจากวัสดุระดับที่ใช้ในวงการแพทย์ (Medical grade) 1 10. มีถังขยะมีฝาปิดที่เปิดโดยใช้เท้า (kick bucket) ที่ผิวเรียบ ไม่มีรู 1 11. มีเสาน้ำเกลือ 1 12. มีเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 1 13. มีเครื่องจี้ห้ามเลือด 1 14. มีแหล่งให้ความอุ่นสำหรับสัตว์ป่วยที่สลบ 1 15. มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 1 16. มีเครื่องวัดความดันเลือด 1 17. มีเครื่องวัดระดับออกซิเจน 1 18. มีเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 19. มีเครื่องวัดการหายใจ 1 20. มีเครื่อง suction 1 21. มีนาฬิกาที่สามารถบอกเวลาเป็นวินาทีได้ 1	
เว็บไซต์หน่วยงาน (6)	1. โครงสร้างคณะกรรมการ + รูปภาพ 1 2. เป้าหมาย 5ส ปีงบประมาณ2568 1 3. การแบ่งพื้นที่+ผู้รับผิดชอบ 1 4. ข้อมูลมาตรฐาน 5ส Green 1	

	5. ผลประเมิน 5ส หน่วยงาน 3 ปี	1
	6. รูปภาพกิจกรรม 5ส	1
การรับรู้ในหน่วยงาน (4)	1. การสอบถามคำถามโดยกรรมการผู้ตรวจ	2
	2. การเข้าร่วมประชุม 100% (เทียบคะแนนตามสัดส่วน) (อนุโลมการส่งตัวแทนเข้าร่วม หรือหากไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ขออนุมัติเป็นกรณี)	2
รวมมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์		85